



# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

**Organismo Contratante:** UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa 385/2023  
**Clase:** Sin Clase  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Encuadre legal:** 909/16  
**Motivo contratación directa:** Por monto  
**Expediente:** EXP : 12-2022-04358/2023  
**Objeto de la contratación:** Compra de un motor de Hemosuctor EGEO, con destino a la reparación del hemosuctor instalado en el servicio de Cirugía Bucomaxilo facial de la F.O.U.N.N.E.  
**Rubro:** Repuestos  
**Lugar de entrega único:** ODONTOLOGÍA (Av. Libertad 5450 (3400) CORRIENTES, Corrientes)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
<b>Dirección:</b>	Av. Libertad 5450, (3400), CORRIENTES, Corrientes	<b>Dirección:</b>	Av. Libertad 5450, (3400), CORRIENTES, Corrientes
<b>Plazo y horario:</b>	Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hs	<b>Plazo y horario:</b>	Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hs
<b>Costo del pliego:</b>	\$ 0,00		
Presentación de ofertas		Acto de apertura	
<b>Dirección:</b>	Av. Libertad 5450, (3400), CORRIENTES, Corrientes	<b>Lugar/Dirección:</b>	Av. Libertad 5450, (3400), CORRIENTES, Corrientes
<b>Fecha de inicio:</b>	19/12/2023	<b>Día y hora:</b>	21/12/2023 a las 10:00 hs.
<b>Fecha de finalización:</b>	21/12/2023 a las 10:00 hs.		

## RENGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
---------	-------------	------------------	----------



Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Compra de Motor de Hemosuctor EGEO. Motor Clase B RPM: 18.00 Corriente: 3.6 A. Tensión de alimentación: 220 V/50Hz Potencia de Salida 800 W Aspiración: 1.523 mm de columnas de H2O Tipo de Aspiración: Doble Turbina Nivel de Ruido: 60 Db Dimensiones: Diámetro Ø145mm. Altura 172mm.	UNIDAD	1,00

## OBSERVACIONES GENERALES

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 077/2022